Respiall® レスピオール®

オープンフェースマスク®

Open Face Mask®

ATOM

酸素マスクの
新たなスタンダード

適切な酸素療法の実現

効率的に
酸素を吸入

酸素の噴出し口を傾け、
鼻と口へダイレクトに届けます。

従来型マスクとの気流の違いを動画で見る

患者さんのQOL向上に

息苦しくない



CO_2、臭い、熱、湿気がこもらず、不快感を低減します。

に

しっかり呼気を排出

低流量でもCO_2再呼吸が防げます。

口腔内の吸引が可能

カプノメータに接続

カプノメータの呼気サンプリングチューブが簡単に接続できます。

声がこもらず会話も自然に

飲み物も飲めます

皮膚トラブルを予防

ソフトな素材の2本の紐で、
耳に掛けずに装着できます。

ぴったりフィット

日本人の顔に合わせたデザインなので、
締め付けなくても無理なくフィットします。



スタンダードコネクター

ソケット

豊富なサイズ展開で、成人から小児まで幅広く対応します。

マスクサイズ（mm）	L・ロング H125×W92×D57		M・ロング H104×W82×D55		L H110×W92×D57		M H95×W82×D55		S H83×W79×D50	
コネクター	スタンダード	ソケット	スタンダード	ソケット	スタンダード	ソケット	スタンダード	ソケット	スタンダード	ソケット
製品コード	36510	36570	36511	36571	36512	36572	36513	36573	36514	36574
酸素チューブ	長さ200cm									
発売単位	1箱（10個入）									

販売名：アトム酸素供給セット　認証番号：225ADBZX00169000

記載の寸法は標準寸法で、実際の寸法とは異なることがあります。



単位：mm

オープンフェースマスクの吸入酸素濃度



測定条件

1回換気量	呼吸数	呼吸間隔	I:E比
500mL	15回/分	4秒/回*	1:1

*呼吸間隔の内訳(吸気時間:1秒、ポーズ:1秒、呼気時間+休止時間:2秒)

データ提供：順天堂大学医学部附属浦安病院様

▶もっと詳しい情報を見る

オープンフェースマスク　検索

導入事例・資料のダウンロードはこちら

「マスクの正しい装着法」動画の視聴はこちら

アトムメディカル株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷3-18-15
https://www.atomed.co.jp

お問い合わせ総合窓口【カスタマーサポート】
フリーコール 0800-111-6050
03-6388-9887
受付時間 平日9:00～17:00

●製品は常に改良が行われており、仕様や形状がカタログと相違することがありますので予めご了承ください。

di21-06　10.2019.Printed