

# Lustromedic®

## やわらかな肌触り サージカルマスク Surgical Mask



(袋なし)



(個包装)

### やわらかな肌触りサージカルマスク MM1001

- 入数 :50 枚入 ●サイズ : 175 × 90 mm
- 原材料 : 本体 (外側) ・フィルター : ポリプロピレン  
本体 (内側) : ナイロン、耳ひも : ポリウレタン  
ノーズフィット : ポリエチレン
- JANコード (W) 4901126200182

### やわらかな肌触りサージカルマスク 個包装 MM2001

- 入数 :50 枚入 ●サイズ : 175 × 90 mm
- 原材料 : 本体 (外側) ・フィルター : ポリプロピレン  
本体 (内側) : ナイロン、耳ひも : ポリウレタン  
ノーズフィット : ポリエチレン、包装材 : ポリプロピレン
- JANコード (W) 4901126200199

Lustromedic® やわらかな肌触り サージカルマスクは日本製の高品質で清潔安全なマスクです。素材にもこだわり、口元側には肌触りの良いナイロン製の不織布を使用し、肌への不快感が少なく心地良い装着感があります。耳ひもには長時間使用しても痛くなり難いラテックスフリーのスパンデックス製高伸度素材を採用しています。使用するフィルターも花粉・ウイルス飛沫を99%カットする高性能フィルターなので、安心してお使い頂けます。

### ASTM-F2100-19 Level 2 適合の医療用不織布三層構造マスク

**BFE** バクテリア飛沫捕集効率試験 99.9% カット

**VFE** ウイルス飛沫捕集効率試験 99.9% カット

**PFE** 微粒子飛沫捕集効率試験 99.8% カット

**ASTM レベル2** 呼気抵抗 $\Delta P < 6$ 、血液不浸透性 120 mmHg、燃焼性 CLASS 1

安心安全の  
日本製

50 枚入  
(袋なし / 個包装)

花粉・ウイルス飛沫等 99%カットフィルター※採用  
試験機関 : (一財)カケンテストセンター  
※マスクは感染 (侵入) を完全に防ぐものではありません。



## ASTM-F2100-19 Level2 適合の日本製マスク

三重県松阪市にある自社工場にて徹底された品質管理のもと、製造された高品質・高性能の日本製マスクです。また本品は医療用マスク米国規格のASTM-F2100-19に準拠していますので、医療現場でもご使用頂けます。

	BFE	PFE	FR	圧力損失	燃焼性
Level 1	≥95%	≥95%	80	<5.0	Class 1
<b>Level 2</b>	<b>≥98%</b>	<b>≥98%</b>	<b>120</b>	<b>&lt;6.0</b>	<b>Class 1</b>
Level 3	≥98%	≥98%	160	<6.0	Class 1

## やわらかな肌触りで不快感を大幅軽減

三層構造の口元側にナイロン製不織布を使用し、やわらかな肌触りを提供します。一般的な不織布と比べ、肌への不快感やトラブルも減少し快適な着け心地。



## 痛くなりにくい高伸度で戻りの少ない耳ひも

耳ひもにはしなやかに伸びて、ゆっくり戻るプレミアムストレッチ繊維を採用し、耳への負担が大幅に軽減されます。天然ゴム不使用のラテックスフリー素材を使用しているので、ゴムアレルギーの方も安心してお使い頂けます。



## 顔にしっかりフィットしてズレにくい構造

形状が戻りにくいノーズフィットと、顔との隙間がでにくいサイドのカーブ加工形状により、顔にしっかりフィットします。オメガブリーツ形状との相乗効果で、口元の空間をキープしつつ長時間装着してもフィット感が持続します。



商品名：やわらかな肌触りサージカルマスク（袋なし / 個包装）

●原材料：本体(外側)・フィルター：ポリプロピレン、本体(内側)：ナイロン、耳ひも：ポリウレタン、ノーズフィット：ポリエチレン

品番	カラー	サイズ	入数	販売単位	メーカー希望小売価格(税別)	JAN CODE
MM1001(W)	(W) ホワイト	(袋なし) 175×90 mm	1箱 50枚入	1箱	オープン価格	 4 901126 200182
MM2001(W)	(W) ホワイト	(個包装) 175×90 mm	1箱 50枚入	1箱	オープン価格	 4 901126 200199

※ケース単位(メーカー出荷単位):40箱

※メーカー希望小売価格(定価)は、弊社営業担当までご確認ください。

## 岩崎工業株式会社 IWASAKI INDUSTRY INC.

製造販売業者：岩崎工業株式会社 三重プラント  
〒515-0053 三重県松阪市広陽町10  
TEL 0598-29-6797 FAX 0598-29-1911

以下の取得認定工場

- ・ISO 9001、ISO 13485
- ・医療機器製造業登録番号 24BZ200037
- ・第二種医療機器製造販売業許可番号 24B2X10011

日本製 2021-02

取扱店