

Protexis™ 天然ゴム (ラテックス) 製 手術用手袋

プロテキシス™ ラテックス ニューセラ™

あらゆる種類の外科手術に対応

- 手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラ™」エモリエントコーティング。グリセリン/グルコノラクトン/プロビタミン B5 を配合※1
- 袖口のめくれあがりを防止するカフのビード加工
- 親指や手のひらの動きを邪魔せず、疲労を感じさせない、手の解剖に基づくデザイン



本品は天然ゴムを使用
しています。

Protexis™ プロテキシス™ ラテックス ニューセラ™

属性（促進劣化前）	
切断時引張力	24 Mpa以上 ^{※2}
500%伸び時の引張力	5.5 Mpa以下 ^{※2}
切断時伸び率	750%以上 ^{※2}
穿刺抵抗(カフ)	5N以上 ^{※4}
ピンホール試験 ^{※3}	0.65 AQL ^{※2}



カタログ番号	サイズ	長さ	厚さ ^{※2}			材質	色	カフタイプ	タンパク質含有量	加硫促進剤	入数/箱
			指先	手のひら	カフ						
2D73TP55	5.5	282mm	0.25mm	0.20mm	0.19mm	天然ゴム (ラテックス) ニトリルポリマー 及び ニューセラ™ エモリエント コーティング	● ライト ブラウン	ビード/ ロール	50µg/ dm ² 未満	ジブチルジチオカ ルバミン酸亜鉛 (ZDBC)	50双
2D73TP60	6										
2D73TP65	6.5										
2D73TP70	7	297mm									
2D73TP75	7.5										
2D73TP80	8										
2D73TP85	8.5										

1双毎滅菌済

再使用禁止

※1 Data on file with Cardinal Health. California Skin Research Institute Study, Project Number 03-118.

※2 In accordance with ASTM D 3577

※3 Tested in accordance with ASTM D 5151

※4 Tested in accordance with AS/NZS 4179, average test result = 8.4N

一般的名称: 天然ゴム製手術用手袋

販売名: カーディナルヘルス ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋

医療機器認証番号: 229ADBZI00091000

クラス分類: II 管理医療機器

お問合せ先

日本コヴィディエン株式会社

TEL: 0120-917-205

©2019 ©2018 Cardinal Health. All Rights Reserved. CARDINAL HEALTH, Cardinal Healthロゴ, ESSENTIAL TO CARE, PROTEXISおよび NEU-THERAはCardinal Healthの商標又は登録商標です。

Cardinal Health
Essential to care™

ct-sg-lnt
2007.300.Mark