K61-925-017-02

MMI® 酸素カニューラ Oxi.Fit 成人用
取扱説明書

快適設計

この度は、MMI 酸素カニューラ Oxi.Fit をご購入いただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書は、MMI 酸素カニューラ Oxi.Fit の正しい取扱方法について説明しています。よくお読みの上、正しく安全にお使い下さい。また、付属の添付文書を参照してください。

1. 各部の名前



①プロング（鼻カニューラ）
②鼻孔挿入部
③ストラップチューブ
④スライドリング
⑤三方コネクタ
⑥メイン酸素チューブ
⑦プラグ

●短型プラグ
短型プラグは、誤接続を防止する形状になっています。

●ユニバーサルプラグ
ユニバーサルプラグは、酸素供給源の形状に合わせて適当な長さにカットしてご使用頂けます。

2015 年 6 月 29 日改訂

村中医療器株式会社

2. 安全上のご注意

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

警告	人が死亡または重症を負うことが想定される内容を示します。
注意	人が傷害を負ったり物的損害の発生が想定される内容を示します。

■お守り頂く内容を次の図記号で説明しています。

	禁止（してはいけないこと）を示します。		強制（必ず守ること）や指示を示します。

警告

① 火気のある場所、発火のおそれのある場所に近寄らないように注意して下さい（チューブや衣服に引火し、重度の熱傷や火災の原因となる場合がある）。
② 酸素供給システムに接続した本品の周囲 2m以内に火気を置かないで下さい（酸素は、燃焼を助ける性質が強いガスであり、急激にその火を大きくするため）。
③ 材質に過敏症がある患者には使用しなで下さい。
④ 本品使用中にタバコを吸わないで下さい。

警告	本品は感染防止のため、一患者専用です。

3. ご使用方法

1) メイン酸素チューブのプラグを酸素供給源に取り付け、酸素流量を調節します。
2) 酸素ガスが本品に供給されている事を再確認します。
3) 右図のように、プロングの鼻孔挿入部が人中（鼻の下の上唇上部のくぼみ）に上向きになるようにプロングを当てます。
4) 本品のプロングが患者の鼻孔に適切なサイズであることを確認してください。
5) ストラップチューブを耳にかけ、あご下へ引っ張りながら胸の前に出します。
6) スライドリングを調整してストラップチューブを固定します。
7) 酸素療法を開始します。



＜スタールーメン構造＞
メイン酸素チューブは閉塞しにくい
スタールーメン構造になっています。

断面図

問合せ先
製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL　0725-53-5546　http://www.muranaka.co.jp

2015 年 6 月 29 日改訂