FUJI MEDICAL CORPORATION

内視鏡カメラヘッド・コード用滅菌カバー

カメラスリーブ

緊急手術にも対応できます。
滅菌によるカメラヘッドの劣化を防ぎます
カメラヘッドの滅菌が不要になり、
滅菌費用の削減になります。

【使用方法例】

1.滅菌袋を開けカメラスリーブを取り出します。

2.スコープをカバーの先端から挿入します。台紙を取り除きます。

3.一方の青色の粘着テープでスリーブ端をスコープにしっかり固定します。



4.カメラスリーブのリングを保持しながらスコープとカメラヘッドを接続します。

5.リングを保持しながら、スリーブをケーブルに沿って伸ばします。

⋆他方の青色の粘着テープは、必要に応じてスリーブ端をケーブル等に固定します。(使用中のケーブルの露出を防止します。)

品　番	品　名	スリーブ長／フレーム内径	JAN コード	包　装
P09072	カメラスリーブ	約 255 cm／約 85mm	4719873432318	20 個/箱

製造販売元

株式会社フジメディカル
〒160-0004
東京都新宿区四谷 4-1　細井ビル 5F
TEL 03-3356-8377　　FAX 03-3356-8380
http:// www.fuji-medical.co.jp

販売代理店

本カタログの製品仕様は改良等により予告なしに変更することがあります。 2018.9