

MMI カラー駆血帯 取扱説明書




1. 使用方法

- 1) ベルトを腕に回し、カチッと音がするまでクリップを差し込み固定します。
※差し込み口を間違えないようにしてください。
- 2) 血流がじゅうぶん止まるまでベルトの端を引っ張って、締め付けます。
※ベルトは矢印（水平）方向へまっすぐ引いてください。上下に振りながら引くと、皮膚を挟むおそれがあります。
- 3) 取り外す際、クリップを軽く押さえながらボタンを押してベルトの固定を解除します。
※クリップを押さえずにボタンを押すと、反動でクリップ部分が眼球や顔等に当たったり、皮膚を挟むおそれがあります。

 注意

クリップ部分が破損・変形したり、ベルトが著しく損傷している場合は、使用しないでください。



注) 長時間駆血帯を装着したままにしておくと、血液の濃縮などの種々の理由により検査データに影響が生じる場合があるため、駆血時間はあまり長くないよう注意してください。1 分以内であれば、検査項目への影響は許容範囲内です（標準採血法ガイドライン（第 1 版）による）。

2. 清掃方法

- 1) アルコール等で湿らせた柔らかい布で清拭してください。
- 2) 血液で汚染された場合は消毒または廃棄してください（標準採血法ガイドライン（第 1 版）による）。

3. 連絡先

輸入業者：村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

2019 年 7 月改訂

村中医療器 株式会社

MMI カラー駆血帯 取扱説明書




1. 使用方法

- 1) ベルトを腕に回し、カチッと音がするまでクリップを差し込み固定します。
※差し込み口を間違えないようにしてください。
- 2) 血流がじゅうぶん止まるまでベルトの端を引っ張って、締め付けます。
※ベルトは矢印（水平）方向へまっすぐ引いてください。上下に振りながら引くと、皮膚を挟むおそれがあります。
- 3) 取り外す際、クリップを軽く押さえながらボタンを押してベルトの固定を解除します。
※クリップを押さえずにボタンを押すと、反動でクリップ部分が眼球や顔等に当たったり、皮膚を挟むおそれがあります。

 注意

クリップ部分が破損・変形したり、ベルトが著しく損傷している場合は、使用しないでください。



注) 長時間駆血帯を装着したままにしておくと、血液の濃縮などの種々の理由により検査データに影響が生じる場合があるため、駆血時間はあまり長くないよう注意してください。1 分以内であれば、検査項目への影響は許容範囲内です（標準採血法ガイドライン（第 1 版）による）。

2. 清掃方法

- 1) アルコール等で湿らせた柔らかい布で清拭してください。
- 2) 血液で汚染された場合は消毒または廃棄してください（標準採血法ガイドライン（第 1 版）による）。

3. 連絡先

輸入業者：村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546 <http://www.muranaka.co.jp/>

2019 年 7 月改訂

村中医療器 株式会社