

アトム臍帯クランプ



圧挫が確実で、ゆるみや外れがない臍帯断端後の止血器具。
解除子により簡単に取り外せます。

- 一定の強さで確実に臍帯を圧挫するので、外れず、臍帯断端からの出血や漏洩の恐れがありません。
- 前処置の必要がなく、使用方法が簡単です。
- 解除子により簡単に取り外せるので、臍輪などに力加わらず、児に刺激を与えません。

▶注意：臍帯を臍帯クランプで結紮した後、胎盤端の臍帯を1cmくらい残して切断してください。

Product [製品]

承認番号: 21900BZX01123000

コード.41501 アトム臍帯クランプ 1箱(50個入)

エチレンオキシドガス滅菌済 ディスポーザブル

Option & Supply [別途販売品/補用品]

コード.08126 臍帯クランプ用解除子 アトム臍帯クランプ用